



Ortodontik Acil Durum Senaryoları

Hareketli Apareyler

Fonksiyonel Apareyler

Şeffaf Plaklar

Retansiyon Apareyleri Elastikler

Sabit Apareyler

Çıkarılmayan Apareyler Braketler, Bantlar, Teller

Önceden Aktive Edilmiş Çıkarılmayan Apareyler Vidalı Palatal Genişleticiler

Pendulum, Forsus, Distal Jet, TPA, Minivida, Quad Heliks, Lingual Ark, Coil Spring, vb

Hastaların Uygulayabileceği Çözüm Önerileri

Aparey kırılmış veya uymuyorsa, doktorunuza fotoğraf gönderin ve kullanımı konusunda görüş alın.

Mevcut plağı kullanın / doktorunuzun yönergelerini takip ederek tedaviye devam edin / kırılmış veya kaybolmuşsa bir önceki plağa dönün ve doktorunuzla irtibata geçin.

Kırılmış veya kaybolmuşsa, doktorunuza danışın.

Uzun süre kullanımı yan etki yaratabilir, doktorunuza danışın, gerekirse fotoğraf gönderin.

Braketin kopması

Doktorunuza fotoğrafını gönderin, doktorunuz önerirse bir cımbızla çıkarın.

Ark telinin batması

Doktorunuza fotoğrafını gönderin, mum kullanın, doktorunuz önerirse dezenfekte edilmiş bir tırnak makasıyla veya hırdavat kesici ile kesin.

Ligatür telinin batması

Doktorunuza fotoğraf gönderin, mum kullanın, kurşun kalemin arkasındaki küçük silgiyle geriye itin.

Molar bant çevresinde periodontal apse

Doktorunuza fotoğraf gönderin, NSAİ/parasetamol ile semptomatik tedavi veya antibiyotik kullanımı gerekirse doktorunuzun yönergelerini takip edin, ofiste acil durum olarak görülmesi gerekebilir.

Gelecekteki acil durumlardan kaçınmak için kullanımı askıya alınabilir. Vida çevirme sıklığını ve süresini doktorunuza danışın.

Her 20-30 günde bir fotoğraf çekip doktorunuza gönderin, ağrı veya şişlik hissediyorsanız dental ofiste acil durum olarak görülmesi ve sonunda apareyin çıkarılması gerekebilir.